

**SỞ Y TẾ HÀ NỘI
BỆNH VIỆN ĐK HUYỆN BA VÌ**

Số: 695 /CV-BVBV

V/v: Yêu cầu báo giá phụ kiện, vật tư thay thế, sửa chữa, bảo trì bảo dưỡng Máy đo độ loãng xương bằng tia X (Model: PRIMUS; Hãng/Nước SX: Osteosys/Hàn Quốc)

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Ba Vì, ngày 18 tháng 7 năm 2023

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các Nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam

Căn cứ Thông tư 14/2023/TT-BYT ngày 30/6/2023 của Bộ Y tế: Quy định trình tự, thủ tục xây dựng giá gói thầu mua sắm hàng hóa và cung cấp dịch vụ thuộc lĩnh vực trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập.

Bệnh viện đa khoa huyện Ba Vì có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua sắm phụ kiện, vật tư thay thế, sửa chữa, bảo trì bảo dưỡng Máy đo độ loãng xương bằng tia X (Model: PRIMUS; Hãng/Nước SX: Osteosys/Hàn Quốc) với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa huyện Ba Vì.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

HOÀNG THỊ NGÂN

Nhân viên phòng Vật tư – Thiết bị y tế; Bệnh viện đa khoa huyện Ba Vì.

Số điện thoại: 0987379078

Địa chỉ: Đồng Thái – Ba Vì – Hà Nội.

Email: phongvattubavi@gmail.com

- Cách thức tiếp nhận báo giá: Theo một trong các cách thức sau:
 - Nhận trực tiếp tại địa chỉ:
Phòng Vật tư – Thiết bị y tế; Bệnh viện đa khoa huyện Ba Vì.
Địa chỉ: Đồng Thái – Ba Vì – Hà Nội.
 - Nhận qua email: Nhà cung cấp dịch vụ gửi bản scan có dấu đỏ qua địa chỉ mail phongvattubavi@gmail.com và gửi bản gốc có dấu đỏ qua đường chuyển phát nhanh theo địa chỉ nhận trực tiếp ở trên.
- Thời hạn tiếp nhận báo giá:
Từ 08h00 ngày 19 tháng 7 năm 2023 đến trước 17h00 ngày 30 tháng 7 năm 2023.
Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 30 tháng 7 năm 2023

II. Nội dung yêu cầu báo giá

1. Danh mục phụ kiện, vật tư và dịch vụ: (Chi tiết tại Phụ lục đính kèm)
2. Nội dung khác:
 - Báo giá: Mẫu báo giá Nhà cung cấp dịch vụ tải về trực tiếp từ website của Bộ Y tế theo mẫu quy định tại Thông tư 14/2023/TT-BYT ngày 30/6/2023 của Bộ Y tế.
 - Cung cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác (bản photo hoặc scan).
 - Cung cấp Thông tin Hồ sơ công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế hoặc Văn bản công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế (Nếu có).
 - Cung cấp Giấy ủy quyền (Nếu có).
 - Cung cấp Hồ sơ năng lực (Nếu có).

Bệnh viện đa khoa huyện Ba Vì xin trân trọng cảm ơn các Nhà cung cấp dịch vụ đã có quan tâm và rất mong sự hồi đáp từ Quý Nhà cung cấp./.

Nơi nhận:

- Như Đề gửi;
- Lưu: VT, VT-TBYT



GIÁM ĐỐC

Phạm Bá Hiền

PHỤ LỤC: DANH MỤC DANH MỤC CÁC DỊCH VỤ

Đính kèm Công văn số 645 /CV-BVBV
ngày 18 tháng 7 năm 2023 của Bệnh viện đa khoa huyện Ba Vì)

1. Danh mục phụ kiện, vật tư thay thế.

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng/ khối lượng	Đơn vị tính
1	Phụ kiện, vật tư thay thế cho sửa chữa Máy đo độ loãng xương bằng tia X.	- Phụ kiện, vật tư thay thế: Bộ phát tia HFG - Tính năng, thông số kỹ thuật: Tương thích và đáp ứng yêu cầu sử dụng của trang thiết bị. - Thông tin liên quan đến kỹ thuật: Đảm bảo sau thay thế, sửa chữa máy hoạt động tốt, đáp ứng yêu cầu sử dụng của trang thiết bị.	01	Bộ

- Địa điểm cung cấp, lắp đặt: Tại Bệnh viện đa khoa huyện Ba Vì
- Yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế: Đảm bảo an toàn.
- Thời gian giao hàng dự kiến: Trong vòng 45 ngày kể từ ngày hai bên ký kết hợp đồng.

2. Danh mục dịch vụ

STT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ(*)	Khối lượng	Đơn vị tính
1	Bảo trì bảo dưỡng toàn bộ Máy đo độ loãng xương bằng tia X	- Đáp ứng tối thiểu các yêu cầu theo Nội dung bảo trì bảo dưỡng (Phụ lục đính kèm) - Sau bảo trì bảo dưỡng trang thiết bị hoạt động tốt, đáp ứng yêu cầu sử dụng của trang thiết bị.	01	Lần

- Địa điểm thực hiện dịch vụ: Tại Bệnh viện đa khoa huyện Ba Vì
- Dự kiến ngày hoàn thành dịch vụ: Trong vòng 45 ngày kể từ ngày hai bên ký kết hợp đồng.

**PHỤ LỤC: NỘI DUNG BẢO TRÌ BẢO
DƯỠNG MÁY ĐO ĐỘ LOÃNG XƯƠNG BẰNG TIA X**

*Đính kèm Công văn số 645 /CV-BVBV
ngày 18 tháng 7 năm 2023 của Bệnh viện đa khoa huyện Ba Vì)*

I. Kiểm tra tình trạng máy trước khi bảo dưỡng

1. Kiểm tra hoạt động của máy đo loãng xương
 - Cho máy chạy Daily Test.
 - Đánh giá thông số sau khi chạy Daily Test.
2. Kiểm tra máy trạm điều khiển
 - Kiểm tra máy có bị nhiễm virus không.
 - Kiểm tra phần mềm đo loãng xương có hoạt động bình thường không.
 - Kiểm tra kết nối giữa máy đo loãng xương và máy trạm điều khiển.
3. Kiểm tra, đánh giá bề ngoài của máy
 - Kiểm tra tổng thể thân vỏ xem có tình trạng nứt vỡ không.
 - Kiểm tra toàn bộ về cơ khí học, các phím điều khiển và công tắc nguồn.
 - Kiểm tra tình trạng đệm nằm, gối mở khớp háng, gối kê đầu.
4. Kí biên bản xác nhận tình trạng máy trước khi bảo dưỡng

II. Bảo trì – Bảo dưỡng

1. Kiểm tra nguồn điện cung cấp cho máy đo loãng xương
2. Kiểm tra điện áp bên trong máy đo loãng xương
 - Kiểm tra điện nguồn cấp cho HFG.
 - Kiểm tra nguồn cấp cho mạch xử lý.
 - Kiểm tra các thông số kết nối.
3. Kiểm tra và bảo dưỡng các trục, bánh răng dẫn động
 - Tra dầu và vệ sinh các bánh răng và đường ray của hệ thống dẫn động.
 - Cố định lại chân đế di chuyển của máy đo loãng xương.
 - Kiểm tra các công tắc hành trình đảm bảo trong quá trình dịch chuyển không bị phá hỏng thiết bị.
4. Kiểm tra và bảo dưỡng các đường dây, giắc kết nối
 - Kiểm tra tình trạng của các dây dẫn xem có gãy, dập, nứt vỡ không.
 - Kiểm tra và cắm chặt lại các giắc kết nối giữa các bộ phận bên trong và kết nối bên ngoài máy đo loãng xương.
5. Vệ sinh máy
 - Vệ sinh và làm sạch bên trong máy.
 - Vệ sinh và làm sạch bên ngoài máy.

VIỆN
HOA
HÀ
N
V
I

6. Bảo dưỡng máy trạm điều khiển

- Vệ sinh quạt tản nhiệt CPU.
- Vệ sinh RAM.
- Kiểm tra và cắm chặt các giắc kết nối trong và ngoài máy vi tính.

III. Kết thúc bảo dưỡng

1. Đánh giá về tình trạng máy.
2. Hướng dẫn lại những phần còn thiếu hoặc mới cập nhật cho Bác sĩ và kỹ thuật viên.
3. Cảnh báo về tình trạng lỗi của máy cho bác sĩ và kỹ thuật viên.

