

**SỞ Y TẾ HÀ NỘI
BỆNH VIỆN ĐK HUYỆN BA VÌ**

Số: 643 /YCBG-BVBV
V/v: Yêu cầu báo giá Sửa chữa nôi
hấp tiết trùng

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Ba Vì, ngày 18 tháng 7 năm 2023

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các Nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam

Căn cứ Thông tư 14/2023/TT-BYT ngày 30/6/2023 của Bộ Y tế: Quy định trình tự, thủ tục xây dựng giá gói thầu mua sắm hàng hóa và cung cấp dịch vụ thuộc lĩnh vực trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập.

Bệnh viện đa khoa huyện Ba Vì có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Sửa chữa nôi hấp tiết trùng với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa huyện Ba Vì.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

HOÀNG THỊ NGÂN

Nhân viên phòng Vật tư – Thiết bị y tế; Bệnh viện đa khoa huyện Ba Vì.

Số điện thoại: 0987379078

Địa chỉ: Đồng Thái – Ba Vì – Hà Nội.

Email: phongvattubavi@gmail.com

- Cách thức tiếp nhận báo giá: Theo một trong các cách thức sau:
 - Nhận trực tiếp tại địa chỉ:
Phòng Vật tư – Thiết bị y tế; Bệnh viện đa khoa huyện Ba Vì.
Địa chỉ: Đồng Thái – Ba Vì – Hà Nội.
 - Nhận qua email: Nhà cung cấp dịch vụ gửi bản scan có dấu đỏ qua địa chỉ mail phongvattubavi@gmail.com và gửi bản gốc có dấu đỏ qua đường chuyển phát nhanh theo địa chỉ nhận trực tiếp ở trên.
- Thời hạn tiếp nhận báo giá:
Từ 08h00 ngày 19 tháng 7 năm 2023 đến trước 17h00 ngày 30 tháng 7 năm 2023.
Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 30 tháng 7 năm 2023

II. Nội dung yêu cầu báo giá

- Danh mục các dịch vụ: (Chi tiết tại Phụ lục đính kèm)
- Địa điểm thực hiện dịch vụ: Tại Bệnh viện đa khoa huyện Ba Vì

3. Dự kiến ngày hoàn thành dịch vụ: Trong vòng 45 ngày kể từ ngày hai bên ký kết hợp đồng.
4. Nội dung khác:
- Báo giá: Mẫu báo giá Nhà cung cấp dịch vụ tải về trực tiếp từ website của Bộ Y tế theo mẫu quy định tại Thông tư 14/2023/TT-BYT ngày 30/6/2023 của Bộ Y tế.
 - Cung cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác (bản photo hoặc scan).
 - Cung cấp Thông tin Hồ sơ công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế hoặc Văn bản công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế (Nếu có).
 - Cung cấp Giấy ủy quyền (Nếu có).
 - Cung cấp Hồ sơ năng lực (Nếu có).

Bệnh viện đa khoa huyện Ba Vì xin trân trọng cảm ơn các Nhà cung cấp dịch vụ đã có quan tâm và rất mong sự hồi đáp từ Quý Nhà cung cấp./.

Nơi nhận:

- Như Đề gửi;
- Lưu: VT, VT-TBYT

GIÁM ĐỐC



Phạm Bá Hiền

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

PHỤ LỤC: DANH MỤC DANH MỤC CÁC DỊCH VỤ

Đính kèm Công văn số 643 /CV-BV BV
ngày 18 tháng 7 năm 2023 của Bệnh viện đa khoa huyện Ba Vì)

STT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ	Số lượng	Đơn vị tính
1	Sửa chữa Nồi hấp ngang 1 cửa 300 lít Model: V-120; Hãng/Nước SX: Steris/Mỹ	Sửa chữa bảng mạch điều khiển chính.	01	Chiếc
		Sửa chữa module điều khiển valve tiết trùng.	01	Chiếc
		Bảo trì bảo dưỡng toàn bộ máy.	01	Lần
		Thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật: - Sau sửa chữa, bảo trì bảo dưỡng máy hoạt động tốt, đáp ứng yêu cầu sử dụng của trang thiết bị. - Đáp ứng các yêu cầu tối thiểu của yêu cầu kỹ thuật, nội dung bảo trì bảo dưỡng (Theo phụ lục đính kèm).	-	-
2	Sửa chữa Nồi hấp tiết trùng 1 cửa ≥ 300 lít Model: SC502E-1; Hãng/Nước SX: Matachana/Tây Ban nha	Sửa chữa Bộ điều khiển bơm và chống quá tải bơm chân chân không.	01	Chiếc
		Sửa chữa bộ điều khiển và chống quá tải bơm cấp nước tiết trùng.	01	Chiếc
		Bảo trì bảo dưỡng toàn bộ máy	01	Lần
		Thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật: - Sau sửa chữa, bảo trì bảo dưỡng máy hoạt động tốt, đáp ứng yêu cầu sử dụng của trang thiết bị. - Đáp ứng các yêu cầu tối thiểu của yêu cầu kỹ thuật, nội dung bảo trì bảo dưỡng (Theo phụ lục đính kèm).	-	-

**PHỤ LỤC: YÊU CẦU KỸ THUẬT, NỘI DUNG
CÔNG VIỆC BẢO TRÌ BẢO DƯỠNG TRANG THIẾT BỊ**

*Đính kèm Công văn số 642 /CV-BV BV
ngày 18 tháng 7 năm 2023 của Bệnh viện đa khoa huyện Ba Vì)*

1. Yêu cầu kỹ thuật.

- Đảm bảo trong quá trình bảo trì, bảo dưỡng trang thiết bị phải thực hiện đầy đủ các biện pháp an toàn và các biện pháp kỹ thuật khác.
- Bảo trì, bảo dưỡng đúng theo quy trình của nhà sản xuất trong tài liệu hướng dẫn sử dụng hoặc theo nội dung công việc bảo trì bảo dưỡng này.
- Thiết bị sau khi bảo trì, bảo dưỡng hoạt động bình thường, đáp ứng yêu cầu và mục đích sử dụng của trang thiết bị.
- Hướng dẫn sử dụng thiết bị sau bảo trì, bảo dưỡng trang thiết bị.
- Khuyến cáo về việc vận hành, sử dụng trang thiết bị.

2. Nội dung công việc bảo trì bảo dưỡng

a. Đối với Máy hấp tiệt trùng 1 cửa 300 lít (Model: SC502 E-1; Hãng/Nước SX: Matachana/Tây ban nha)

- Kiểm tra hoạt động của máy trước khi tiến hành bảo trì bảo dưỡng
- Tắt toàn bộ máy và nguồn điện cấp cho máy.
- Xả đáy nồi hơi
- Kiểm tra trực quan các bộ phận bên ngoài.
- Kiểm tra hoạt động đóng mở của các van, đồng hồ đo áp
- Vệ sinh máy tổng thể
- Nguồn
 - + Kiểm tra nguồn vào, kiểm tra nguồn cấp cho các bảng mạch điều khiển, ...
 - + Kiểm tra hoạt động của contactor.
 - + Làm sạch tủ nguồn và các kết nối nguồn và các kết nối nguồn.
- Nồi hơi
 - + Làm sạch cặn nồi hơi bằng dung dịch chuyên dụng.
 - + Lau sạch và kiểm tra cảm biến mức nước.
 - + Căn chỉnh các giới hạn an toàn.
- Bơm chân không
 - + Làm vệ sinh bơm chân không.
 - + Kiểm tra van cấp nước làm mát cho bơm (rất quan trọng nếu van bị tắc sẽ làm đồ không khô và thời gian hấp kéo dài).
 - + Kiểm tra các lưới lọc nước làm mát.

- + Kiểm tra ngưỡng áp lực hút chân không.
- Bơm nước đầu vào
 - + Vệ sinh bơm nước đầu vào.
 - + Làm sạch đường ống từ bơm dẫn tới nồi hơi.
- Hệ thống điều khiển
 - + Làm sạch và siết chặt lại các kết nối.
 - + Kiểm tra hoạt động của các van điều khiển.
 - + Hiệu chuẩn, hiệu chỉnh lại sensor nhiệt độ, áp suất.
 - + Làm sạch các đầu cảm biến.
- Đường ống nước xả đáy
 - + Ngâm tẩy cặn trong dung dịch chuyên dụng.
 - + Xả và làm sạch đường ống xả đáy
- Kiểm tra rò rỉ
- Kiểm tra hoạt động của cửa
- Kiểm tra bề mặt và đánh giá tình trạng của ron cửa.
- Kiểm tra các bộ lọc

b. Đối với Nồi hấp ngang 1 cửa 300 lít (Model: V-120; Hãng/Nước SX: Steris/Mỹ)

- Kiểm tra hoạt động của máy trước khi tiến hành bảo trì bảo dưỡng
- Tắt toàn bộ máy và nguồn điện cấp cho máy.
- Xả đáy nồi hơi.
- Kiểm tra trực quan các bộ phận bên ngoài.
- Kiểm tra hoạt động đóng mở của các van, đồng hồ đo áp
- Vệ sinh máy tổng thể
- Nguồn
 - + Kiểm tra nguồn vào, kiểm tra nguồn cấp cho các bảng mạch điều khiển, ..., kiểm tra nguồn cấp cho các bảng mạch điều khiển, ...
 - + Kiểm tra hoạt động của các khởi động từ contactor, các tiếp điểm, ...
 - + Làm sạch tủ nguồn và các kết nối nguồn.
- Nồi hơi
 - + Làm sạch cặn nồi hơi bằng dung dịch chuyên dụng.
 - + Lau sạch và kiểm tra các cảm biến mức nước.\
 - + Căn chỉnh các giới hạn an toàn.
- Bơm chân không
 - + Làm vệ sinh bơm chân không.

- + Kiểm tra các lưới lọc nước làm mát.
- + Kiểm tra ngưỡng áp lực hút chân không.
- + Bơm nước đầu vào
- + Vệ sinh bơm nước đầu vào.
- + Làm sạch đường ống từ bơm dẫn tới nồi hơi.
- Hệ thống điều khiển
 - + Làm sạch và siết chặt lại các kết nối.
 - + Kiểm tra hoạt động của các van điều khiển.
 - + Hiệu chuẩn, hiệu chỉnh lại sensor nhiệt độ, áp suất.
 - + Làm sạch các đầu cảm biến.
- Đường ống nước xả đáy
 - + Ngâm tẩy cặn trong dung dịch chuyên dụng.
 - + Xả và làm sạch đường ống xả đáy
- Kiểm tra rò rỉ
- Kiểm tra hoạt động của cửa
- Kiểm tra bề mặt và đánh giá tình trạng của ron cửa.
- Kiểm tra các bộ lọc

