

SỞ Y TẾ HÀ NỘI
BỆNH VIỆN ĐK HUYỆN BA VÌ

V/v: Yêu cầu báo giá dịch vụ bảo dưỡng,
sửa chữa trang thiết bị y tế tại Bệnh
viện

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ba Vì, ngày 12 tháng 4 năm 2024

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa huyện Ba Vì có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Sửa chữa, bảo dưỡng trang thiết bị y tế tại Bệnh viện với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa huyện Ba Vì.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Hoàng Thị Ngân

- Chức vụ: Nhân viên Phòng Vật tư – Thiết bị y tế;
- Số điện thoại: 0987.379.078;
- Địa chỉ mail: phongvattubavi@gmail.com.

- Cách thức tiếp nhận báo giá: Nhận trực tiếp tại:

Phòng Vật tư – Thiết bị y tế - Bệnh viện Đa khoa huyện Ba Vì;

Địa chỉ: Xã Đồng Thái, Huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội.

- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h00 ngày 12 tháng 4 năm 2024 đến trước 17h00 ngày 22 tháng 4 năm 2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 22 tháng 4 năm 2024.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Chi tiết danh mục TBYT và các dịch vụ yêu cầu cụ thể như sau:

STT	Danh mục hàng hóa, dịch vụ	Đơn vị tính	Số lượng
1	Bảo dưỡng, sửa chữa Ghế răng. Nội dung công việc - Kiểm tra, đánh giá tình trạng hoạt động của ghế - Kiểm tra tình trạng cung cấp điện, khí và nước cho ghế. - Kiểm tra chức năng nâng lên, hạ xuống và nghiêng ngả của ghế. - Kiểm tra tình trạng hoạt động của các tay khoan, đầu xịt và các đầu hút nước bọt, phẫu thuật. - Kiểm tra tình trạng hoạt động của các van chia nước và khí. - Kiểm tra lực căng của các tay cân bằng để dụng cụ. - Kiểm tra các bộ lọc khí và lọc nước. - Kiểm tra chức năng nâng cấp nước nước cốc xúc miệng và bồn nhỏ. - Kiểm tra hoạt động của đèn khám. - Kiểm tra hoạt động của đèn đọc phim. - Kiểm tra hệ thống bơm thủy lực của ghế. - Kiểm tra hoạt động của van chia thủy lực. - Sửa chữa, vệ sinh khắc phục toàn bộ dây hơi và dây nước, thay thế dây hơi, dây nước kém chất lượng có nguy cơ hỏng đảm bảo ghế hoạt động bình thường. - Điều chỉnh lại lực căng của tay cân bằng để dụng cụ. - Vệ sinh các lọc nước, lọc khí. - Vệ sinh các bầu lọc của bồn nhỏ, tay hút phẫu thuật và tay hút nước bọt, đối với ghế không hút được phẫu thuật và nước bọt sẽ tiến hành sửa chữa đảm bảo ghế hoạt động tốt. - Vệ sinh đèn khám. - Vệ sinh đèn đọc phim Xquang. - Vệ sinh và kiểm tra thêm dầu cho bơm thủy lực. - Vệ sinh các van chia thủy lực. - Thay thế các van chia thủy lực đã hỏng. - Thay thế các dây tay khoan bị cứng khoa thao tác khi làm chuyên môn.	Bộ	02



STT	Danh mục hàng hóa, dịch vụ	Đơn vị tính	Số lượng
2	Bảo dưỡng, sửa chữa Sinh hiển vi khám mắt. Model: SM-70N Serial: 0711908. Hãng: Takagi seiko Nội dung công việc. - Bảo dưỡng lại toàn bộ kính. - Thay bóng đèn.	Máy	01
	Tổng: 02 khoản		

- Địa điểm sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị y tế tại : Bệnh viện Đa khoa huyện Ba Vì.
- Thời gian hoàn thành kế hoạch trong 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
- Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thống nhất trong quá trình thương thảo và ký kết hợp đồng.

4. Các thông tin khác:

Bệnh viện Đa khoa huyện Ba Vì đề nghị các đơn vị quan tâm gửi báo giá theo mẫu tại Phụ lục kèm theo.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như Đề gửi;
- Lưu: VT



Phạm Bá Hiến