

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Kính gửi: Quý Công ty/ Đơn vị cung ứng dịch vụ thẩm định giá

Căn cứ Luật giá số 11/2012/QH13 được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 20/6/2012;

Căn cứ Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá về thẩm định giá.

Bệnh viện đa khoa huyện Ba Vì chuẩn bị tổ chức lựa chọn nhà thầu dự toán: Mua sắm vật tư thay thế cho sửa chữa Hệ thống CT-Scanner 16 lát (Model: SOMATOM SCOPE; Seri: 99042; Hãng sản xuất: Siemens Healthcare).

Trân trọng kính mời Quý Công ty/ Đơn vị có đầy đủ tư cách pháp nhân, đủ điều kiện theo quy định của pháp luật tham gia cung cấp bản chào giá phi thẩm định giá cho danh mục vật tư thay thế cho sửa chữa Hệ thống CT-Scanner 16 lát (Model: SOMATOM SCOPE; Seri: 99042; Hãng sản xuất: Siemens Healthcare) theo nội dung sau:

1. Mục đích thẩm định giá: Xác định giá trần của hàng hóa làm cơ sở tham khảo phục vụ công tác mua sắm của đơn vị theo quy định hiện hành.
2. Thời điểm thẩm định giá: Quý I năm 2023. Hàng hóa được thẩm định (chi tiết theo danh mục đính kèm).
3. Giá nhà thầu cung cấp phải bao gồm thuế và tất cả các chi phí kèm theo.
4. Thời gian nhận báo giá: Từ 14h00 ngày 24/02/2023 đến 16h30 ngày 03/03/2023.
5. Địa chỉ nhận báo giá: Bệnh viện đa khoa huyện Ba Vì. Địa chỉ: Xã Đồng Thái – Huyện Ba Vì – Hà Nội. Điện thoại: 02433 863 139 máy lẻ 106.

Trân trọng thông báo./.



Hoàng Ngọc Minh

SỞ Y TẾ HÀ NỘI
BỆNH VIỆN ĐK HUYỆN BA VÌ

PHỤ LỤC DANH MỤC, SỐ LƯỢNG, THÔNG SỐ KỸ THUẬT: MUA SẴM VẬT TƯ THAY THẾ CHO SỬA CHỮA HỆ THỐNG CT-SCANNER 16 LÁT (Model: SOMATOM SCOPE; Seri: 99042; Hãng sản xuất: Siemens Healthcare)

(Kèm theo Thư mời chào giá số 134 /TM-BVBV ngày 24 tháng 02 năm 2023)

STT	Tên thiết bị	Đơn vị tính	Số lượng	Thông số kỹ thuật
1	Bóng phát tia	Chiếc	01	- Dung lượng trữ nhiệt anode: ≥ 2.0 MHU - Hiệu suất tản nhiệt liên tục: ≥ 2.0 kW - Kích thước hai tiêu điểm: Tiêu điểm lớn: $\leq 0,8 \times 0,7$ mm; Tiêu điểm nhỏ: $\leq 0,8 \times 0,4$ mm Lưu ý: Các thông số kỹ thuật nêu trên chỉ mang tính mô tả mà không nhằm mục đích hạn chế nhà thầu. Nhà thầu có thể đưa ra các tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ khác với điều kiện chứng minh được với Chủ đầu tư rằng những tiêu chuẩn thay thế này tương đương (hoặc cao hơn), phù hợp về kích thước, tương thích và đáp ứng yêu cầu sử dụng thiết bị (Model: SOMATOM Scope; Seri: 99042; Hãng sản xuất: Siemens Healthcare).
2	Quạt giải nhiệt Gantry	Chiếc	01	- Điện áp sử dụng: 200 – 250V - Công suất: ≥ 200W - Tốc độ tối đa: ≥ 2900 vòng/phút Lưu ý: Các thông số kỹ thuật nêu trên chỉ mang tính mô tả mà không nhằm mục đích hạn chế nhà thầu. Nhà thầu có thể đưa ra các tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ khác với điều kiện chứng minh được với Chủ đầu tư rằng những tiêu chuẩn thay thế này tương đương (hoặc cao hơn), phù hợp về kích thước, tương thích và đáp ứng yêu cầu sử dụng thiết bị (Model: SOMATOM Scope; Seri: 99042; Hãng sản xuất: Siemens Healthcare).
Tổng: 02 khoản				