

Số: 581... /TM-BVBV

Ba Vì, ngày 19.. tháng 6 năm 2023

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Kính gửi: Quý Công ty/Đơn vị/Doanh nghiệp

Trước hết, Bệnh viện Đa khoa huyện Ba Vì trân trọng cảm ơn Quý Công ty/Đơn vị/Doanh nghiệp (Sau đây gọi chung là Đơn vị) các đơn vị kinh doanh, cung cấp trang thiết bị đã hợp tác với Bệnh viện trong suốt thời gian qua.

Hiện tại, Bệnh viện Đa khoa huyện Ba Vì có nhu cầu Mua sắm vật tư thay thế cho sửa chữa Hệ thống CT-Scanner 16 lát (Model: SOMATOM SCOPE; SERI: 99042; Hãng sản xuất: Siemens Healthcare) chi tiết tại *Danh mục đính kèm*.

Để có cơ sở lập dự toán, Bệnh viện Đa khoa huyện Ba Vì kính mời các đơn vị quan tâm, có khả năng cung cấp hàng hoá, dịch vụ thực hiện kiểm tra, khảo sát và gửi chào giá về Bệnh viện.

Yêu cầu Hồ sơ chào giá bao gồm các tài liệu sau:

1. Đăng ký kinh doanh, tài liệu chứng minh đủ điều kiện kinh doanh trang thiết bị y tế.
2. Thư chào giá (Báo giá đã bao gồm thuế; phí; chi phí cho việc vận chuyển, lắp đặt, chạy thử tại Bệnh viện Đa khoa huyện Ba Vì và các chi phí liên quan khác).
3. Cấu hình tính năng kỹ thuật, catalogue của sản phẩm liên quan tới danh mục chào giá.

Thông tin xin gửi về địa chỉ: Phòng Vật tư – Thiết bị y tế - Bệnh viện Đa khoa huyện Ba Vì, Xã Đồng Thái, Huyện Ba Vì, TP.Hà Nội trước 16 giờ 30 phút ngày 30../6/2023 để bệnh viện tổng hợp.

Bệnh viện đa khoa huyện Ba Vì trân trọng thông báo và cảm ơn sự hồi đáp của Quý đơn vị./.

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- Ban Giám đốc
- Lưu: VT, VTTBYT.

GIÁM ĐỐC 

Phạm Bá Hiền

PHỤ LỤC: DANH MỤC CHÀO GIÁ

Mua sắm vật tư thay thế cho sửa chữa Hệ thống CT-Scanner 16 lát (Model: SOMATOM SCOPE; SERI: 99042; Hãng sản xuất: Siemens Healthcare

(Đính kèm Thư mời chào giá số 58.1... /TM-BVBV ngày 19... tháng 6... năm 2023)

STT	Tên thiết bị	Đơn vị tính	Số lượng	Thông số kỹ thuật
1	Bóng phát tia	Chiếc	01	- Dung lượng trữ nhiệt anode: ≥ 2.0 MHU - Hiệu suất tản nhiệt liên tục: ≥ 2.0 kW - Kích thước hai tiêu điểm: Tiêu điểm lớn: $\leq 0,8 \times 0,7$ mm; Tiêu điểm nhỏ: $\leq 0,8 \times 0,4$ mm Lưu ý: Các thông số kỹ thuật nêu trên chỉ mang tính mô tả mà không nhằm mục đích hạn chế nhà thầu. Nhà thầu có thể đưa ra các tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ khác với điều kiện chứng minh được với Chủ đầu tư rằng những tiêu chuẩn thay thế này tương đương (hoặc cao hơn), phù hợp về kích thước, tương thích và đáp ứng yêu cầu sử dụng thiết bị (Model: SOMATOM Scope; Seri: 99042; Hãng sản xuất: Siemens Healthcare).
2	Quạt giải nhiệt Gantry	Chiếc	01	- Điện áp sử dụng: 200 – 250V - Công suất: ≥ 200W - Tốc độ tối đa: ≥ 2900 vòng/phút Lưu ý: Các thông số kỹ thuật nêu trên chỉ mang tính mô tả mà không nhằm mục đích hạn chế nhà thầu. Nhà thầu có thể đưa ra các tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ khác với điều kiện chứng minh được với Chủ đầu tư rằng những tiêu chuẩn thay thế này tương đương (hoặc cao hơn), phù hợp về kích thước, tương thích và đáp ứng yêu cầu sử dụng thiết bị (Model: SOMATOM Scope; Seri: 99042; Hãng sản xuất: Siemens Healthcare).
Tổng: 02 khoản				