

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2025

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam

Bệnh viện đa khoa huyện Ba Vì có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho dự toán “Cải tạo hệ thống lọc nước RO; rửa quả của Bệnh viện ĐK huyện Ba Vì” với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa huyện Ba Vì

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Họ tên: Phùng Đăng Tiến Lâm

Chức vụ: Viên chức Phòng Vật tư - Thiết bị y tế

Điện thoại: 0332186804

Email: phongvattubavi@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Vật tư - Thiết bị y tế Bệnh viện đa khoa huyện Ba Vì.

Địa chỉ: Thôn Đồng Bàng, Xã Đồng Thái, Huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội.

- Nhận qua email: phongvattubavi@gmail.com.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08 giờ 00 phút, ngày 10 tháng 01 năm 2025 đến trước 17 giờ 00 phút, ngày 20 tháng 01 năm 2025

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 21 tháng 01 năm 2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục các dịch vụ, mô tả dịch vụ: (theo danh mục đính kèm)

2. Yêu cầu đối với nhà cung cấp dịch vụ

- Báo giá theo mẫu đính kèm.

- Đăng ký kinh doanh và đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ đối với danh mục dịch vụ yêu cầu báo giá (Nhà thầu cung cấp tài liệu chứng minh).

Bệnh viện đa khoa huyện Ba Vì trân trọng kính mời các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam quan tâm và gửi báo giá theo nội dung yêu cầu nêu trên.

Nơi nhận:

- Như Đề gửi;

- Lưu: VT-TBYT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thanh Sơn

Mẫu báo giá

(Kèm theo Yêu cầu báo giá ngày 09/01/2025 của Bệnh viện đa khoa huyện Ba Vì)

BÁO GIÁ⁽¹⁾

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cung cấp dịch vụ như sau:

1. Báo giá cho các dịch vụ

STT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ	Khối lượng mời thầu	Đơn vị tính	Đơn giá	Thành tiền
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1						
2						
...						
	Tổng cộng					

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm...[ghi ngày....tháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I – Yêu cầu báo giá].

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.... tháng....năm....

Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp⁽²⁾

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

Ghi chú:

(1) Nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường hợp yêu

cầu gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu để gửi báo giá và các tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong trường hợp này, hãng sản xuất, nhà cung cấp không phải ký tên, đóng dấu theo yêu cầu tại ghi chú 2.

(2) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.

Trường hợp áp dụng cách thức gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản nhà thầu của mình để gửi báo giá. Trường hợp liên danh, các thành viên thống nhất cử một đại diện thay mặt liên danh nộp báo giá trên Hệ thống. Trong trường hợp này, thành viên đại diện liên danh truy cập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng chứng thư số cấp cho nhà thầu của mình để gửi báo giá. Việc điền các thông tin và nộp Báo giá thực hiện theo hướng dẫn tại Mẫu Báo giá và hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

PHỤ LỤC DANH MỤC

(Đính kèm thông báo mời báo giá ngày 10 tháng 01 năm 2025)

STT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ	Khối lượng	Đơn vị tính	Địa điểm thực hiện dịch vụ	Dự kiến ngày hoàn thành dịch vụ
1	Tháo dỡ, di chuyển, lắp đặt hệ thống lọc nước RO công suất 1.000 lít	- Tháo dỡ, di chuyển hệ thống RO có công suất 1.000 lít tại vị trí cũ sang vị trí mới và lắp đặt lại, tẩy rửa khử trùng toàn bộ hệ thống. Khoảng cách di chuyển khoảng 300m. - Hút toàn bộ vật liệu ra khỏi cột composite; màng RO để bảo quản tái sử dụng. - Thay thế toàn bộ phần kết nối đường ống nội tuyến do rủi ro nứt vỡ trong quá trình tháo lắp. - Tẩy rửa toàn bộ hệ thống và thực hiện xét nghiệm nguồn nước ở vị trí mới tuân thủ đúng quy định, quy trình, kỹ thuật. - Đi đường nước kết nối với hệ thống rửa quả của Bệnh viện.	01	Dịch vụ (Trọn gói)	Bệnh viện Đa khoa huyện Ba Vì	Tối đa trong vòng 48h ngoài giờ hành chính kể từ khi bắt đầu thực hiện dịch vụ
2	Thi công đường cấp nước RO cho máy thận	- Thi công mới hoàn toàn đường ống cấp nước RO và đường ống gom dẫn nước thải cho 32 máy thận. + Vật liệu: sử dụng ống PEX và phụ kiện đồng bộ nhập khẩu nhằm đảm bảo an toàn vi sinh và hóa lý nước RO trong quá trình sử dụng. + Kích cỡ ống PEX tương đương ống phi 32 và phi 25. + Toàn bộ ống đi nổi và đặt trong hộp gen để đảm bảo mỹ quan. + Lắp đặt 32 van cấp nước RO ra 32 máy thận, có thể sử dụng van Inox 304 hoặc UPVC nhập khẩu Đài Loan.	01	Dịch vụ (Trọn gói)	Bệnh viện Đa khoa huyện Ba Vì	Tối đa trong vòng 48h ngoài giờ hành chính kể từ khi bắt đầu thực hiện dịch vụ

STT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ	Khối lượng	Đơn vị tính	Địa điểm thực hiện dịch vụ	Dự kiến ngày hoàn thành dịch vụ
3	Thi công, lắp đặt các hệ thống rửa quả lọc	- Bao gồm 4 hệ thống rửa quả để cách ly tránh lây chéo cho bệnh nhân (02 Hệ thống cho bệnh nhân viêm gan âm tính, 02 Hệ thống cho bệnh nhân viêm gan dương tính) - Công suất sử dụng cho mỗi hệ thống: Căn cứ vào tỉ lệ bệnh nhân viêm gan dương tính và âm tính trong giai đoạn hiện nay và sắp tới, cần bố trí số lượng công rửa âm tính nhiều hơn. Dự kiến số lượng bệnh nhân dương tính chỉ tối đa 40% - Các hệ thống được ngăn cách bởi các vách kính tránh nguy cơ lây nhiễm chéo trong quá trình thao tác. - Mỗi hệ thống rửa quả âm tính có chân bằng Inox được thiết kế rửa đồng thời cùng lúc 06 bộ dây-quả lọc: Kích thước Cao x Rộng x Sâu: 1700 x 1700 x 450 mm. Chậu rửa được thiết kế 2 lớp, có vật liệu chống ồn ở giữa để thuận tiện khi thao tác. - Mỗi hệ thống rửa quả lọc này cần thiết kế các đầu cắm Cupling để liên thông nước khi tẩy rửa khử trùng và vệ sinh hàng ngày tránh lây nhiễm - Đường ống và phụ kiện của hệ thống rửa quả dùng ống PEX cùng phụ kiện đồng bộ, các van cấp nước để rửa quả lọc có thể sử dụng van Inox 304 hoặc UPVC nhập khẩu Đài Loan.	01	Hệ thống (Trọn gói)	Bệnh viện Đa khoa huyện Ba Vì	Tối đa trong vòng 48h ngoài giờ hành chính kể từ khi bắt đầu thực hiện dịch vụ
	Tổng: 03 khoản					

